

ט"ז אלול תשפ"ד
19/09/2024
תיק: 21101

לכב',
בתיאור נדיה כגנסקי, מנהל היחידה

מרכז רפואי גריאטרי שמואל הרופא באר יעקב

הנדון: דו"ח ביקורת מכשירי קרינה

הביקורת נערכה בתאריך 16/09/2024 במוסד מרכז רפואי גריאטרי שמואל הרופא באר יעקב, הבנים, ת.ד. 2, באר יעקב 70300.

נבדקו הנושאים הבאים:

1. מיגון קרינה (קירות, רצפה, תקרה, דלתות, חלונות, מעברים, חדרי המתנה וחללים צמודים).
2. תקינות ציוד הקרינה.
3. מנות קרינה.
4. ציוד הגנה מקרינה.
5. שמירת נהלי בטיחות הקרינה.

המכשירים שנבדקו:

מס' מכשיר	סוג מכשיר	תוצרת	דגם	מיקום המכשיר	סיבת הבקרה	הערה לדו"ח סיכום
201239	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP		בקרה שגרתית	
201234	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP	נידת צילום	בקרה שגרתית	
201238	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP		בקרה שגרתית	
20128	צילום נייד	PHILIPS	XXX	מכון מרכזי	בקרה שגרתית	יש להחליף את כפתור ההפעלה.
201231	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP	נידת צילום	בקרה שגרתית	
201237	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP		בקרה שגרתית	
201230	צילום נייד	PHILIPS	DIAGNOS	צילום	בקרה שגרתית	
201232	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP	נידת צילום	בקרה שגרתית	
201236	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP	נידת צילום	בקרה שגרתית	
201235	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP	נידת צילום	בקרה שגרתית	



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות
האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים
The Jacob Hai
Radiation Control Department

היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה
ע"ש יעקב חי

המכשירים שנבדקו:

מס' מכשיר	סוג מכשיר	תוצרת	דגם	מיקום המכשיר	סיבת הבקרה	הערה לדו"ח סיכום
201233	צילום נייד	SIEMENS	MOBILLET XP	נידת צילום	בקרה שגרתית	
201229	צילום נייד	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PRACTIX 160	נידת צילום	בקרה שגרתית	

כל הפרמטרים שנבדקו נמצאו תקינים.

בכבוד רב,
איתן לוי
מפקח/ת קרינה